



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

07.12.2021 № *Опер ~ 1581 / 21*

На № _____ от _____

О безопасности
медицинских изделий



2471648

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в рамках исполнения государственной функции по мониторингу безопасности медицинских изделий, находящихся в обращении на территории Российской Федерации, доводит до сведения субъектов обращения медицинского изделия письмо ООО «Фармэль», производителя медицинского изделия, о новых данных по безопасности при применении медицинского изделия «Салфетки спиртовые антисептические из нетканого материала, стерильные по ТУ 9393-002-68845281-2013», производства ООО «Фармэль», Россия, регистрационное удостоверение от 14.05.2019 № РЗН 2014/1695, срок действия не ограничен.

В случае необходимости получения дополнительной информации обращаться в ООО «Фармэль» (111123, г. Москва, ул. Плеханова, д. 4А, этаж 3, пом. XIV, ком. 3).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова

Общество с ограниченной ответственностью «Фармэль»

Адрес: 111123, г. Москва, ул. Плеханова, дом 4А, этаж 3, пом. XIV, ком 3
ОГРН 1137746353843
ИНН 7713767588
КПП 772001001

Субъектам обращения "Салфетка спиртовая
антисептическая из нетканого материала, стерильная по ТУ
9393-002-68845281-2013, размер 110x125 мм"

Информационное письмо

Настоящим уведомляем об отзыве медицинского изделия Салфетка спиртовая антисептическая из нетканого материала, стерильная по ТУ 9393-002-68845281-2013, размер 110x125 мм», номер партии 08, дата производства II кв. 2020 г., производства ООО «Фармэль», Россия, регистрационное удостоверение от 14.05.2019 № РЗН 2014/1695, срок действия не ограничен, в отношении которых ранее были выявлены несоответствия.

С уважением,

Генеральный директор



/Исмаилов К.И./